Sillón New Cartago

Ficha de consulta rápida

Componentes del sillón

A	Asa de traslado	E	Ruedas dobles Ø10 cm
B	Respaldo	F	Palanca accionamiento reposapiernas
C	Reposabrazos	G	Reposapies
D	Asiento	H	Reposapiernas

Otras funciones del sillón

Reposabrazos

- Abatir: Elevar el reposabrazos de la punta hacia atrás.
- Extender: Mover el reposabrazos hacia adelante hasta que vuelva a su posición de origen.

Ruedas y sistema de frenado

- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará.
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta.



Elevación del reposabrazos



Freno



Movimiento libre

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad con detergente y agua tibia. No utilice una cantidad excesiva de líquido ni productos de limpieza abrasivos.

Limpieza y desinfección diaria

- Respaldo, asiento, reposapiernas, reposabrazos y asa.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Respaldo, asiento, reposapiernas, reposabrazos, asa, reposapiés, palancas de accionamiento.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Todo el sillón.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de respaldo y reposapiernas.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

may 2024 | Cód:PCO700683_FichaRapida_NewCartago_ES_2020

Operación mecánica

Regulación del respaldo

- Abatir respaldo: Desplazar la palanca situada en la parte izquierda del asiento hacia atrás y presionar sobre el respaldo hasta la posición deseada.
- Elevar respaldo: Presionar la palanca de la parte izquierda de asiento hacia atrás y dejar que este suba libremente, sin apoyarse sobre él ni realizar ninguna fuerza.



Palanca de regulación del respaldo

Abatir respaldo

Elevar respaldo

Regulación del reposapiernas

- Extender: Desplazar la palanca situada en la parte derecha del asiento hacia atrás y dejar que el reposapiernas suba libremente hasta que se sitúe en la posición deseada.
- Recoger: Presionar la palanca situada en la parte derecha del asiento y presionar hacia abajo el reposapiernas hasta que baje a su posición original.



Extender reposapiernas



Recoger reposapiernas

Accesorios

Reposapiés

Cuando la versión del sillón es con cuatro ruedas, existe la posibilidad de incorporar un reposapiés.

- Para recoger el reposapiés, voltear el tramo de pies 90º aproximadamente y girar todo el conjunto sirviendo de eje la pata del sillón.



Reposapiés extendido



Reposapiés recogido

Configuración del sillón

Dependiendo del usuario al que vaya destinado el sillón, paciente o acompañante, éste se puede configurar con diferentes complementos:

- Versión de paciente con traslado.
- Versión de paciente con movilidad en habitación.
- Versión acompañante.

Versión paciente con traslado

Versión paciente con movilidad en habitación

Versión acompañante

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD DISPOSITIVOS SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No sentarse sobre el respaldo para evitar falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso. Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o recogerlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
- No sentarse sobre el reposabrazos para evitar la falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso.
- Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o recogerlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
- En caso de que no se transporte el sillón o el paciente, deberá activarse el freno de todas las ruedas ya que podrían producirse daños si éste llegara a desplazarse accidentalmente.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)