Cuna Rodas

Ficha de consulta rápida



Componentes de la cuna

A	Mando por cable	H	Cabecero
B	Lecho	I	Piecero
C	Barreras laterales regulables	J	Discos protectores
D	Ruedas	K	Portasueros
E	Palanca Trendelenburg / Antitrendelenburg	L	Multisoporte
F	Pedal de frenado	M	Carenado
G	Bandeja extraíble		

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

mar 2024 | Cód:PCO753473_FichaRapida_CunaRodas_ES_2024

Otras funciones

Mecanismo Trendelenburg / Antitrendelenburg (1):

- Este **dispositivo de posicionamiento mediante palanca** de accionamiento manual permite posicionar la cuna en posición Trendelenburg y Antitrendelenburg.

Elevación / descenso de las barreras laterales (2):

- Para elevarlas tirar de ellas hacia arriba.
- Para bajarlas desbloquear los gatillos y acompañar las barrearas durante su descenso.

Frenado de la cuna (3):

- Giro libre: pedal en posición intermedia.
- Rueda direccional: pedal en su posición más elevada.
- Freno: Pedal en su posición más baja.


1.1. Palanca posición Trendelenburg / Antitrendelenburg


1.2. Posición Trendelenburg


1.3. Posición Antitrendelenburg


2.1. Desbloquear los gatillos


2.2. Forma correcta de desbloqueo


2.3. Acompañar la barrera durante su descenso


3.1. Giro libre


3.2. Rueda direccional


3.3. Frenado de la cuna

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Cabecero, piecero, barandillas.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Cabecero, piecero, barandillas, lecho, freno, discos protectores, portasueros, carenado.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cuna.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Mecanismo Trendelenburg / Antitrendelenburg.
- Mecanismo de barandillas.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE USO

A	Elevar cuna	B	Descender cuna



Mando por cable
elevación / descenso de cuna

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DEL SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del módulo, con el resto de partes de la cuna o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- La cuna debería estar en su posición horizontal cuando el paciente no está siendo atendido, con el fin de reducir el riesgo de daño por caída.